

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Naručitelj)

Krešimirova 52a
51000 Rijeka

Rijeka, **23.11.2023.** godine

IZVJEŠĆE
o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet nabave: **Laboratorijski potrošni materijal s najmom uređaja [LAB 3], po grupama (G1-G5)**

Evidencijski broj nabave: **VV-03-24**

Ukupna procijenjena vrijednost iznosi: **368.000,00 eura**

Procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:

GRUPA 1: Laboratorijski potrošni materijal za biokemijske analizatore uz najam uređaja.....	152.100,00 eura
GRUPA 2: Laboratorijski potrošni materijal za hematološki brojač uz najam uređaja.....	43.200,00 eura
GRUPA 3: Laboratorijski potrošni materijal za urinske analizatore uz najam uređaja.....	95.800,00 eura
GRUPA 4: Laboratorijski potrošni materijal za automatsko mjerenje sedimentacije uz najam uređaja.....	18.400,00 eura
GRUPA 5: Laboratorijski potrošni materijal za koagulometre uz najam uređaja.....	58.500,00 eura
SVEUKUPNO:	368.000,00 eura

Sukladno članku 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016; 114/2022 , dalje u tekstu ZJN), Naručitelj je dana 15.11.2023. godine za predmetni postupak javne nabave objavio nacrt Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (dalje u tekstu: Prethodno savjetovanje).

Do isteka roka za prethodno savjetovanje, odnosno do 22.11.2023. godine, od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, pristigla je jedna primjedba/prijedlogu svezi dokumentacije, odnosno zahtjev za izmjenu troškovnika za Grupu 1.

1. Primjedba/prijedlog u vezi s informacijama i dokumentacijom

U troškovniku grupe 1 (VV-03-24_LAB3, G1 - Lab. potr. mat. za biokem. analiz. uz najam uređaja), pod tehničkim specifikacijama biokemijskog uređaja za ispostave Opatija, Crikvenica, Mali Lošinj i Delnice, traženo je:

1. Potpuno automatizirani otvoreni sustav, random access, mokra kemija
2. Fotometrijsko, turbidimetrijsko i ISE određivanje, lateks aglutinacija
3. Trajne staklene (kvarcne) kivete koje ne treba mijenjati
4. Kapacitet: 400 fotometrijskih testova/h i 800 testova/h uključujući ISE ili bolje

5. Detekcija ugruška
6. Mehanička i elektronička zaštita igala
7. Liquid level detekcija
8. Mogućnost provjere stupnja ikterije, hemolize i lipemije
9. Kontinuirano dodavanje uzoraka
10. Mogućnost korištenja primarnih i sekundarnih epruveta istovremeno, s bar kodovima
11. Mogućnost (automatskog) razrjeđenja uzorka
12. Hlađena Stat jedinica za hitne uzorke sa minim. 22 pozicije
13. Mjerno područje 340-800 nm ili bolje
14. Automatska predilucija

Kako se analizatori koriste u laboratorijima primarne zdravstvene zaštite gdje se obrađuje i velik broj pedijatrijskih uzoraka, predlažemo da se u tehničke zahtjeve uvrsti i mogućnost aspiracije volumena uzoraka 1 µl.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenu dokumentacije, odnosno tehničkih specifikacija za Grupu 1.

2. Primjedba/prijedlog u vezi s informacijama i dokumentacijom

Zbog osiguranja kvalitete izdanih rezultata te lakšeg praćenja međulaboratorijske kontrole kvalitete, kao i alat osiguranja pravovremene podrške od strane dobavljača, predlažemo da se troškovnik nadopuni s dodatnim zahtjevima koji će glasiti:

DODATNI ZAHTJEVI:

1. *Priložiti referentnu listu s najmanje 5 (pet) instaliranih analizatora u RH u referentnim ustanovama (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice i Opće bolnice)*
2. *Priložiti popis s najmanje 5 (pet) certificirana servisna inženjera za ponuđene biokemijske analizatore na teritoriju RH uz koji se obavezno dostavlja važeći certifikat za ponuđeni uređaj*

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenu dokumentacije, odnosno Dodatnih zahtjeva.

Sukladno članku 198., stavak 3. ZJN Naručitelj će objaviti ovo izvješće na svojim internetskim stranicama www.domzdravlja-pgz.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu